

znak sprawy: PN-02-2013
IMIM/DOP/ 151 /13

Kraków, dnia 17 stycznia 2013 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA

znak sprawy: PN-02-2013

Dotyczy: dostawy młynka wibracyjnego rozdrabniającego ziarna końcowe do 5-10 mikrometrów z funkcją przesiewania dla IMIM PAN w Krakowie.

Pytanie:

Mamy zapytanie do wyposażenia wytrząsarki punkt 3.3.2.

Wyszczególnione sita –punkt 3.3.2.3 - wymagają z reguły przesiewania na mokro. Czy w związku z tym pokrywa –punkt 3.3.2.1- i naczynie zbiorcze - punkt 3.3.2.2 -mają być przystosowane do pracy na mokro?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją (pkt. 3.3.1) wytrząsarka powinna być przystosowana do przesiewania na sucho i na mokro. W związku z tym pokrywa i naczynie zbiorcze mają być przystosowane do pracy na mokro.