

znak sprawy: PN-02-2013
IMIM/DOP/ 114 /13

Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA

znak sprawy: PN-02-2013

Dotyczy: dostawy młynka wibracyjnego rozdrabniającego ziarna końcowe do 5-10 mikrometrów z funkcją przesiewania dla IMIM PAN w Krakowie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści sito 200/50 mm, MW=0,0315 mm, zamiast MW=0,032mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sito MW=0,0315 mm lub 0,032 mm.