



IMIM/DOP/621 /18

Kraków, dnia 21.03.2018 r.

znak sprawy: PN-04-2018

WYKONAWCY,
którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

W dniu 14.03.2018 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa mini maszyny wytrzymałościowej do treningu pomiaru efektu pamięci kształtu w stopie NiTi wytworzonych metodą RP.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie maszyny wytrzymałościowej dla której dokładność sterowania prędkością suwu wynosi co najmniej $\pm 0,5\%$?
2. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie maszyny wytrzymałościowej z dokładnością pozycjonowania trawersy co najmniej $\pm 0,5\%$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza dokładności sterowania suwu co najmniej $\pm 0,5\%$.

Wymagana jest dokładność co najmniej $\pm 0,1\%$ z uwagi na specyfikę prowadzonych badań.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza dokładności pozycjonowania trawersy co najmniej $\pm 0,5\%$.

Wymagana jest dokładność pozycjonowania trawersy co najmniej: $\pm 0,1\%$ z uwagi na specyfikę prowadzonych badań.

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych

Dr hab. inż. Wojciech Maziarz
prof. PAN